

Numer inwentarzowy	Nazwa urządzenia	Numer seryjny	Przegląd okresowy	Wymiana baterii back-up	Wymian silnika/-ów wentylatora/ów	uwagi
CZEŚĆ I						
BAD-00000028/001	Zamrażarka niskotemperaturowa U570 Premium New Brunswik	1004-0926-0810	X	x		
BAD-00000086/001	Zamrażarka niskotemperaturowa U570 Premium New Brunswik	1004-1542-0411	X	x		
CZEŚĆ II						
BAD-00000214/001	Zamrażarka kriogeniczna MDF-C2156VAN-PE;-150°C; Panasonic; 231litrów	13010004	X	x		
BAD-00000327/001	Zamrażarka kriogeniczna MDF-C2156VAN-PE;-150°C; Panasonic; 231litrów	14090065	X	x	x	
BADD-001416/001	Zamrażarka kriogeniczna ULT 7150-9-V24 ThermoScientific	130854301150501	X			
CZEŚĆ III						
BAD-00000328/001	Zamrażarka MDF-U7386S-PE	14060028	X		x	
BAD-00000329/001	Zamrażarka MDF-U7386S-PE	14060030	X	x	x	
BAD-00000330/001	Zamrażarka MDF-U700VX-PE	14050219	X			
BAD-00000331/001	Zamrażarka MDF-U700VX-PE	12060067	X	x	x	
BAD-00000332/001	Zamrażarka MDF-U700VX-PE	12030094	X	x	X	
BAD-00000333/001	Zamrażarka MDF-U700VX-PE	12030089	X	x	x	
BADD-0000655	Zamrażarka MDF-U700VX-PE	14010031	X			
CZEŚĆ IV						
BADD-001410/001	Zamrażarka niskotemperaturowa UFV 700 BINDER	14-20303	X			
BADD-001409/001	Zamrażarka niskotemperaturowa UFV 700 BINDER	14-20300	X			
BADD-001403/001	Zamrażarka niskotemperaturowa UFV 500 BINDER	15-05349	x			
BADD-001413/001	Zamrażarka niskotemperaturowa UFV 700 BINDER	14-20304	x			
BADD-001414/001	Zamrażarka niskotemperaturowa UFV 700 BINDER	14-20296	x			

Zakres czynności w czasie okresowych przeglądów konserwacyjnych:

- Przedmiotem zamówienia są przeglądy okresowe urządzeń zgodnie z wykazem powyżej. Przeglądy zgodnie z wszelkimi czynnościami przewidzianymi przez producenta w DTR oraz wykazem czynności koniecznych do wykonania w ramach okresowych przeglądów konserwacyjnych.
- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów okresowych urządzeń wraz z wymianą części zamiennych wymienionych powyżej. Wykonawca podczas wymiany części i materiałów zużwalnych odnotuje ten fakt w ustawieniach serwisowych urządzenia (wyzerowanie alarmów serwisowych)
- Prace serwisowe zakończone muszą zostać Protokołem Serwisowym zawierającym:
 - nazwę urządzenia, numer inwentarzowy urządzenia oraz numer seryjny,
 - wykaz czynności przeprowadzonych w ramach przeglądu okresowego,
 - wykaz wymienionych części i materiałów eksploatacyjnych,
 - wykaz części zalecanych do wymiany podczas następnego przeglądu
 - zalecenia wraz z terminami kolejnych czynności serwisowych.
 - w przypadku potwierdzenia sprawności urządzenia adnotacją: „urządzenie sprawne technicznie”,
- Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w Książce Eksploatacji oraz/lub Protokole Serwisowym Zamawiającego przy czym Zamawiający dopuszcza Protokół Serwisowy na druku Wykonawcy.
- Wykonawca musi posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia, umiejętności.
- Do wykonywania prac serwisowych konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych oraz dysponowanie niezbędnym oprzyrządowaniem i narzędziami.
- Wszelkie zauważone przez wykonawcę zmiany i nieprawidłowości powinny być bezzwłocznie zgłoszone Zamawiającemu jako decydentowi w kwestiach usuwania awarii.
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług zgodnie z dokumentacją DTR (dokumentacja techniczno- ruchową) urządzeń, przepisów bhp oraz zaleceń działu bhp PORT
- W ofercie muszą zostać wycenione osobno usługi przeglądów i części eksploatacyjnych. **Faktura zostanie wystawiona na podstawie faktycznie zrealizowanych czynności i użytych materiałów.**