



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Nr sprawy: DZ.272.407.2026

Wrocław dn. 10.04.2026 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę pipet automatycznych, sprawa nr: DZ.272.407.2026

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie jakiej pipety w punkcie nr 2 oczekuje Zamawiający, ponieważ numer katalogowy 3125000010 dotyczy pipety o zakresie pracy 0,5-10ul. W opisie Zamawiający podaje zakres 10-100ul.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż pozycja nr 2 dotyczy pipety wielokanałowej o zakresie pracy 10-100 µL.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji wystąpiła omyłka w numerze katalogowym. Właściwy numer katalogowy to: 3125000036.

Zamawiający dołącza do postępowania poprawiony Załącznik nr 1.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - OPZ - poprawiony

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Strona 1 z 1

Projekt pn. Wsparcie projektu „Centre of Excellence for Precise Phenotyping and BioDataBanking (P4Health)” finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr MNiSW/2025/DIR/810 z dnia 30.12.2025 r.



**Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego**



**Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego**

