

Wrocław, dn. 08.09.2020r.

PO.271.21.2020
l.dz. 2998/2020/W

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa reagentów laboratoryjnych i zmywarki do mycia klatek laboratoryjnych”

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Dotyczy: Załącznika numer 3 OPZ po modyfikacji nr 1, Dot. Część nr 1.; A. PARAMETRY TECHNICZE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA, punkt 3, podpunkt 11 oraz analogiczne zapisy Załącznika nr 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWY

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokryw klatek z filtrami mikrobiologicznymi o efektywność filtracji wirusów $\geq 99.97\%$ oraz efektywność filtracji bakterii $\geq 99.99\%$?

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pokryw klatek z filtrami mikrobiologicznymi o efektywność filtracji wirusów $\geq 99.97\%$ oraz efektywność filtracji bakterii $\geq 99.99\%$.

W związku z tym zmianie ulegają zapisy Zał. nr 2 Formularz asortymentowy cz. 1 – PO MODYFIKACJI nr 1 oraz Zał. nr 3 OPZ cz. 1 - PO MODYFIKACJI nr 1, punkt 3, podpunkt 11

z:

11. Filtr mikrobiologiczny o porach maksimum 0,2 mikrona, autoklawowalny, umieszczony w pokrywie klatki i spełniający następujące warunki: efektywność filtracji wirusów $\geq 99.99\%$ oraz efektywność filtracji bakterii $\geq 99.99\%$. Do dokumentacji przetargowej, w momencie składania oferty muszą zostać dołączone certyfikaty potwierdzające spełnienie tego warunku.

na:

11. Filtr mikrobiologiczny o porach maksimum 0,2 mikrona, autoklawowalny, umieszczony w pokrywie klatki i spełniający następujące warunki: efektywność filtracji wirusów $\geq 99.97\%$ oraz efektywność filtracji bakterii $\geq 99.99\%$. **Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu certyfikatu potwierdzającego spełnienie tego warunku tzn. efektywność filtracji wirusów $\geq 99.97\%$ oraz efektywność filtracji bakterii $\geq 99.99\%$.**

Załączniki:

1. Zał. nr 2 Formularz asortymentowy cz. 1 – PO MODYFIKACJI nr 2
2. Zał. nr 3 OPZ cz. 1 - PO MODYFIKACJI nr 2

Beata Chodyńska

Beata Chodyńska
Kierownik Działu Zakupów.....

Beata Chodyńska
Kierownik Działu Zakupów

Strona 1 z 1