



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 0053/2021/W

Wrocław dn. 07.01.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę maszyny wytrzymałościowej, nr sprawy PO.271.52.2020.**

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:

W punkcie pierwszym opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający wymaga dostarczenia maszyny do posadowienia na podłodze.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie modelu maszyny do posadowienia na stole roboczym wraz z dedykowanym stołem laboratoryjnym?

Odpowiedź 1:

Taka opcja nie jest dopuszczana. Postument powinien być zintegrowany z konstrukcją maszyny.

