



### Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

- I. **Nazwa i adres Zamawiającego:**  
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
- II. **Nazwa zamówienia: Dostawa zestawów do detekcji SARS-CoV-2**
- III. **Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:**  
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 06.04.2021r.
- IV. **Publikacja zapytania ofertowego.**
- 1) Data: **06.04.2021**
  - 2) Adres strony internetowej:  
- <https://bip.port.org.pl>
  - 3) Termin składania ofert: **09.04.2021 r.**
- V. **Wykaz złożonych ofert.**

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Data wpłynięcia oferty do Zamawiającego	Warunki udziału w procedurze	Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym	Uwagi
1	Biomedica Poland Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13 05-500 Piaseczno	09.04.2021	nie spełnia	Nie	Brak instrukcji
2	bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Generała Zajączka 9 01-518 Warszawa	09.04.2021	nie spełnia	Tak	Nie zaznaczony pkt. 7 i 9 w OPZ
3	Blirt S.A. ul. Trzy Lipy 3/1.38 80-172 Gdańsk	09.04.2021	spełnia	Tak	brak
4	EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. ul. Widna 2A 50-543 Wrocław	09.04.2021	nie spełnia	Tak	Nie spełnia punktu 7 OPZ
5	"FABIMEX" Więcek sp.j. ul. Cedrowa 16 04-565 Warszawa	09.04.2021	nie spełnia	Tak	Nie spełnia punktu 9 OPZ
6	IMMUNIQ Beata Solon-Gogol ul. Sąsiedzka 1 44-240 Żory	08.04.2021	spełnia	Tak	brak
7	"Alab" Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30	09.04.2021	nie spełnia	Nie	Brak instrukcji

#### Strona 1 z 3

	lokal 222 00-739 Warszawa				
8	Amplicon sp. z o.o. ul. Klecińska 125 54-413 Wrocław	09.04.2021	spełnia	Tak	brak
9	IMOGENA Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska 16 60-179 Poznań	09.04.2021	spełnia	Tak	brak
10	Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	09.04.2021	nie spełnia	Tak	Według instrukcji, nie można przechowywać w lodówce. Nie spełnia punktu 7 i 9 OPZ.
11	TK Biotech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Królewicza Jakuba 40a 02-956 Warszawa	09.04.2021	nie spełnia	Tak	Według instrukcji ograniczenie rozmnażania i zamrażania do 3-4 cykli. Nie spełnia punktu 7 i 9 OPZ

- a) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków:<sup>1</sup> uzasadnienie odrzucenia ofert zostało opisane w kolumnie „Uwagi” w powyższej tabeli pkt. V.
- b) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym<sup>2</sup> uzasadnienie odrzucenia ofert zostało opisane w kolumnie „Uwagi” w powyższej tabeli pkt. V.

#### VI. Ocena złożonych ofert.

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Spełnienie warunku doświadczenia	Otrzymane punkty
1	Biomedica Poland Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13 05-500 Piaseczno	spełnia	73,28
2	bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Generała Zajęczka 9 01-518 Warszawa	spełnia	77,27
3	Blirt S.A. ul. Trzy Lipy 3/1.38 80-172 Gdańsk	spełnia	71,13

<sup>1</sup> Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niespełnianie warunków udziału w procedurze.

<sup>2</sup> Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niezgodność oferty z wymaganiami określonym w zapytaniu ofertowym (np. zaoferowano usługi/dostawy/roboty budowlane niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia).



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

4	EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. ul. Widna 2A 50-543 Wrocław	spełnia	85,86
5	"FABIMEX" Więcek sp.j. ul. Cedrowa 16 04-565 Warszawa	spełnia	59,96
6	IMMUNIQ Beata Solon- Gogol ul. Sąsiedzka 1 44-240 Żory	spełnia	62,96
7	"Alab" Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lokal 222 00-739 Warszawa	spełnia	77,27
8	Amplicon sp. z o.o. ul. Klecińska 125 54-413 Wrocław	spełnia	85,00
9	IMOGENA Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska 16 60-179 Poznań	spełnia	100,00
10	Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa	spełnia	77,27
11	TK Biotech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Królewicza Jakuba 40a 02-956 Warszawa	spełnia	97,14

#### VII. Wybór oferty:

Nazwa i adresy Wykonawcy:

Wybrano ofertę firmy IMOGENA Sp. z o.o. ul. Jeleniogórska 16 60-179 Poznań, ponieważ zdobyła największą liczbę punktów.

*Beata Chodźnińska*

Kierownik Działu Zakupów

Wrocław dnia 14.04.2021 r.

#### Strona 3 z 3

