



Wrocław, 07.04.2021

Odpowiedzi na pytania do postępowania p.n. **PO.270.1.2021 Dostawa zestawów do detekcji SARS-CoV-2**

Pytanie 1: Czy Zamawiający może doprecyzować / uszczegółwić zapis w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie:
a) W jakiej postaci mają być dostarczone odczynniki – liofilizowane, płynne – punkty 7 i 9 OPZ są sprzeczne ze sobą..
b) Z jakim typem / marką termocyklera mają być kompatybilne zestawy?..
c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę 416 czy 417 opakowań po 96 testów?

Odpowiedź 1: Zamawiający odpowiada:

- a) Zamawiający wyjaśnia że dopuszcza obie formy odczynników. Zamawiający dołącza doprecyzowany OPZ.
- b) Zamawiający nie precyzuje marki termocyklera, z którym zestaw musi być kompatybilny.
- c) Zamawiający wymaga dostawy minimum 40 000 testów oraz oferty przeliczonej na ilość 40 000 testów.

