



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

PO.2721.185.2021

l.dz. 4172/2021/W

Pytania i odpowiedzi 1

Zestawy do charakterystyki komórek pełnej krwi obwodowej dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii na potrzeby realizacji projektu: „**Opracowanie zestawów do otrzymywania autologicznych opatrunków do leczenia ran**”

Odpowiedzi

Pytanie numer 1, data wysłania 2021-12-14

Dotyczy Części 2.

Pytanie nr 1: Poz. 2 - Czy zamawiający dopuści produkt z klonem HIB19 z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 1: Tak, klon HIB19 jest dopuszczalny.

Pytanie nr 2: Poz. 3 - Czy zamawiający dopuści produkt bez zdefiniowanej liczby testów przyjmując 0.1 mg jako 100

testów?

Odpowiedź nr 2: Tak.

Pytanie nr 3: Poz. 5 - Czy zamawiający dopuści 2 opakowania po 50 testów?

Odpowiedź nr 3: Tak, pod warunkiem że opakowania będą pochodziły z tej samej serii produkcyjnej (LOT).

Dotyczy części 3.

Pytanie nr 4: Poz. 4. Czy zamawiający dopuści 2 opakowania po 50 testów?

Odpowiedź nr 4: Tak, pod warunkiem że opakowania będą pochodziły z tej samej serii produkcyjnej (LOT).



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1. Tytuł: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z jednostką naukową zmierzających do opracowania specjalistycznych zestawów opatrunkowych wspomagających gojenie ran do zastosowań medycznych
2. Nr: RPDS.01.02.01-02-0029/20

Strona 1 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Pytanie nr 5: Poz. 6. Czy zamawiający dopuści produkt z klonem 2-L1-A z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 5: Tak.

Pytanie nr 5: Poz. 7. Czy zamawiający dopuści produkt z klonem HIL-7R-M21 z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 6: Tak.

Pytanie nr 7: Poz. 8. Czy zamawiający dopuści produkt z klonem MφP9 z zachowaniem pozostałych parametrów?


Odpowiedź nr 7 : Tak

Pytanie nr 8: Dotyczy zapytania ofertowego rozdz. XII pkt. pkt. 2 W związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza złożenie oferty poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej, prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o adres; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl

Odpowiedź nr 8: Oferty należy wysłać na maila: martyna.zaloga@port.lukasiewicz.gov.pl

Pytanie nr 9: Prosimy również o informację, czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty poprzez stronę "Baza konkurencyjności"

Odpowiedź nr 9: Tak

Beata Chodźńska

Kierownik Działu Zakupów
(Podpis osoby upoważnionej)

Sporządziła: Martyna Załoga



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



1. Tytuł: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z jednostką naukową zmierzających do opracowania specjalistycznych zestawów opatrunkowych wspomagających gojenie ran do zastosowań medycznych
2. Nr: RPDS.01.02.01-02-0029/20

Strona 2 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

