



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1

Pytanie:

Wykonawca może zaproponować dwie wersje pipety o zakresie 2-20uL. Pipeta 2-20uL pracująca z końcówkami 0,5-20uL lub 2-200uL. Czy Zamawiający może na tym etapie sprecyzować, która wersja będzie najbardziej odpowiednia?

Odpowiedź:

Pipeta na końcówki 2-200 uL

Beata Chudzińska
Kierownik Działu Zakupów

Sporządziła:
Marta Łyjak



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Strona 1 z 1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580

