



**Łukasiewicz**

PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

**Załącznik nr 1**  
Nr sprawy: **SZID.272.936.2024**

## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **I. Przedmiot zamówienia**

Dostawa kompletu klatek (łącznie 88 sztuk) z pełnym wyposażeniem.

### **II. Minimalne parametry techniczne:**

Opisane poniżej elementy muszą być kompatybilne z obecnym wyposażeniem Zwierzętarni tj. z regałem IVC (EMM088X) z jednostką nawiewczo-wyciągową z ekranem dotykowym, wolnostojącą Smart Flow (EMBOXUNSFEU), producent: TECNIPLAST

1. Podstawa klatki o powierzchni podłogi ok. 500 cm<sup>2</sup> (wymiary: 19,7cm x 36,6cm x 11cm), wykonana z polisulfonu zawierająca wzbogacenie (przyciemniany tunel dla myszy, kolor bursztynowy, wykonany z polisulfonu) – 88 sztuk.
2. Pokrywa do klatki kompatybilna z podstawą. Wykonana z polisulfonu z filtrem mikrobiologicznym, miejscem na wlot i wylot powietrza, miejscem na butelkę oraz na karty opisowe – 88 sztuk.
3. Butelka o pojemności 260 ml, wykonana z polisulfonu z uszczelką silikonową – 88 sztuk.
4. Kapsel do butelki z uszczelką wokół noska – 88 sztuk.
5. Ruszt do klatki, wykonany ze stali nierdzewnej, kompatybilny do podstawy klatki opisanej powyżej. Wymiary (18,9 cm x 16,5 cm) – 88 sztuk.
6. Tabliczka na karty opisowe, kompatybilne z pokrywą opisaną powyżej – 88 sztuk.

Dostawa przedmiotu zamówienia: do 12 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Transport i rozładunek do siedziby Zamawiającego (Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, 54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, budynek B, pokój 0.33).

### **Dodatkowe wymagania Zamawiającego:**

Gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Serwis pierwszego kontaktu w języku polskim.

Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dowolnej formie (e-mail lub zgłoszenie serwisowe) w przypadku awarii do 48 h.



**Łukasiewicz**

PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

Maksymalny czas usunięcia awarii: 14 dni od momentu zgłoszenia w dowolnej formie (e-mail lub zgłoszenie serwisowe) - niezależnie czy wiąże się z wymianą podzespołu czy nie.

Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 2

## Strona 2 z 2

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77,  
E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000850580

